

รายละเอียดและราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ในการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการที่	รายละเอียด/คุณสมบัติ	ราคาต่อหน่วย โดยประมาณ (บาท)
๑	<p>เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิทัลชนิด Built in กล้องดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตาโดยการถ่ายภาพสี - มุมในการถ่ายภาพ (ANGLE OF COVERRAGE) ๔๕ องศา - ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูม่านตา ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ (PUPIL DIAMETER) ๔.๐ มม. และที่ .mode small pupil ๓.๓ มม. - สามารถปรับชดเชยสำหรับเลนส์ตาของคนใช้ได้ (PATIENT DIOPTER CORRECTION RANGE) <ul style="list-style-type: none"> ที่ (๐) สามารถปรับได้ -๑๓ ถึง +๑๒ ไดออปเตอร์ ที่ (-) สามารถปรับได้ -๑๒ ถึง -๓๓ ไดออปเตอร์ ที่ (+) สามารถปรับได้ +๑๑ ถึง +๔๐ ไดออปเตอร์ - สามารถเลือกถ่ายภาพได้ ๓ ตำแหน่ง (Disc, Center and Macula) และ ๙ ตำแหน่ง (Center and peripheral) โดยมีเป้าหมายภายใน - ความละเอียดของภาพ (Optical Function) <ul style="list-style-type: none"> Center : ๖๐ lines / mm. Middle (r/๒) : ๔๐ lines / mm. Periphery (r) : ๒๕ lines / mm. - การควบคุมการถ่ายภาพเป็นแบบ Fully Automatic Mode โดยปราศจาก Control Level - มี Monitor ที่เป็น Touch Screen แบบ Rotating Touch Screen Control Panel - สามารถบันทึกภาพใส่ USB Drive ได้โดยไม่ต้องผ่าน 	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

	<p>ระบบคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จอภาพเป็นแบบ Rotating Touch Panel Monitor ที่สะดวกสำหรับการตรวจในกรณีในห้องตรวจมีเนื้อที่จำกัด - พร้อมอุปกรณ์เสริม ๑ ชุด - เป็นเครื่องใหม่ไม่ถูกการใช้งานมาก่อน ติดตั้งโดยวิศวกรที่มีความชำนาญ - รับประกันคุณภาพ ๑ ปี 	
--	---	--

ลงชื่อ วันทนา กัมมช ประธานคณะกรรมการ
(นางวันทนา ที่ขมุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ลัดดาวัลย์ เกสรเสาวภาค กรรมการ
(นางลัดดาวัลย์ เกสรเสาวภาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ สิริกุล พุกิตติกุล กรรมการ
(นางสาวสิริกุล พุกิตติกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หมายเหตุ : ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคาากลางครุภัณฑ์
คำสั่ง ฯ ที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาตามท้องตลาด อ้างอิงทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้
 - 4.1 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูमेंท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 - 4.2 บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เซอจิคอล จำกัด
 - 4.3 บริษัท วี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 1. นางวันทนา ทิมพุดมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 2. นางลัดดาวัลย์ เกสรเสาวภาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 3. นางสาวสิริกุล พุ่งกิตติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ